

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/higrometr-ze-swiadectwem-wzorcowania-442003-tfa-p-2710.html>



Higrometr ze świadectwem wzorcowania 44.2003 TFA

Cena brutto	156,60 zł
Cena netto	127,32 zł
Dostępność	Średni czas realizacji
Numer katalogowy	44.2003.sw
Producent	TFA Dostmann

Opis produktu




Higrometr wskazówkowy uniwersalny typ **44.2003**
renomowanej firmy **TFA Dostmann**.

Oferujemy zestaw:
higrometr typ 45.2003,
dokument metrologiczny - świadectwo wzorcowania.

UWAGA! W proponowanej cenie oferowane jest świadectwo laboratorium dokumentującego spójność pomiarową.

Jeśli wymagane jest świadectwo laboratorium akredytowanego, prosimy o kontakt, w celu uzgodnienia jego zakresu i wyceny.



Produkt niemiecki

Główne cechy.

- » pomiar wilgotności **włosem syntetycznym**
nie wymagającym okresowej regeneracji, precyzyjnym w całym zakresie
- » kontrola pomieszczeń magazynowych i administracyjnych,
pomiar w warunkach wewnętrznych
- » intuicyjne, czytelne wskazanie
- » duże cyfry na panelu, wyróżnienie grubszą kreską co 5 jednostek
- » zaznaczona strefa komfortu, optymalnych warunków w pomieszczeniach

-
- » wygodne gabaryty, lekka, kompaktowa obudowa z tworzywa lakierowanego na szaro, osłona z wysokoprzejrzystego tworzywa
 - » przyrząd mechaniczny, nie wymaga użycia baterii
 - » ucho do zawieszenia na ścianie i montaż w otworowaniu
 - » gwarancja 2 lata

Dane techniczne.

zakres pomiarowy	0...100 % RH
dokładność pomiaru	+/-3...5 % RH
rozdzielczość wskazania	1 % RH
wymiary	Ø 103 x 35 mm
ciężar	ok. 60 g
numer katalogowy TFA	44.2003

• świadectwo wzorcowania

Jest to wzorcowanie wykonywane dla warunków tzw. normalnych (pomieszczeniowych). Jeżeli wymagane jest wzorcowanie w innych warunkach, np. chłodniczych, czy wysokiej wilgotności przy uprawie grzybów lub hodowli ślimaków, należy podać to przy zamawianiu.

Wzorcuje przyrządy indywidualnie, po zakupie i otrzymaniu informacji o wymaganej wilgotności względnej.

Przed wzorcowaniem przyrządy są wstępnie kalibrowane.

Wraz z przyrządem dostarczane jest świadectwo wzorcowania.

Przyrządy wskazówkowe nie posiadają znaków CE, nie rekomendujemy ich do zastosowania w aptekach.