

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/manometr-elektroniczny-precyzyjny-ika-300-leyro-instruments-p-3432.html>



## Manometr elektroniczny precyzyjny IKA 300 (Leyro instruments)

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Numer katalogowy	<b>IKA 300</b>
Kod producenta	<b>IKA 300</b>
Producent	<b>Leyro Instruments</b>

### Opis produktu



INSTRUMENTS  
**leyro**

### Manometr elektroniczny precyzyjny

#### typ IKA 300

Manometr precyzyjny o niewielkiej konsumpcji, która zapewnia najlepszą wydajność pomiaru. Kontrolowany przez mikroprocesor, który łączy precyzję i funkcjonalność w solidnym i łatwym w użyciu systemie. Idealny do kalibracji ciśnienia manometrów, przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień.

Manometr referencyjny IKA 300 może być dostarczony w czterech wersjach dokładności 0,025% / 0,05% / 0,1% / 0,2% (należy podać wymaganą przy zamawianiu). Zakres ciśnienia od - 1 ... 2500 bar.

### Gwarancja - 2 lata.

### Dane techniczne (wymagane należy wyspecyfikować przy zamawianiu):

• klasy dokładności	0,025/0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,5
• jednostka	bar / bar absolutne / bar różnicowe
• zakres pomiarowy ciśnienie względne	-1...0 bar, 0...50 mbar, 0...100 mbar, 0...160 mbar, 0...200 mbar, 0...250 mbar, 0...400 mbar, 0...600 mbar 0...1 bar, 0...1,6 bar, 0...2,5 bar, 0...4 bar, 0...6 bar, 0...10 bar, 0...16 bar, 0...25 bar, 0...40 bar, 0...60 bar, 0...100 bar, 0...160 bar, 0...200 bar, 0...250 bar, 0...300 bar, 0...400 bar, 0...600 bar, 0...700 bar, tylko klas 0,1/0,2: 0...1000 bar, 0...1600 bar, 0...2500 bar
ciśnienie różnicowe	-0,025...0,025 bar, -0,05...0,05 bar, -0,1...0,1 bar, -0,25...0,25 bar, -1...1 bar, 0...1 bar, 0...1,6 bar, 0...2 bar, 0...2,5 bar, 0...3,5 bar, 0...4 bar, 0...6 bar, 0...7 bar, 0...10 bar, 0...16 bar, 0...20 bar, 0...25 bar, 0...35 bar

- 
- tylko klas 0,05/0,025: -1...600 bar, 0...700 bar
  - przyłącze procesowe męskie 1/4" NPT (dolne)
  - walizka transportowa bez / z miejscem na IKA 300 oraz pompkę LMP 40 / z miejscem na IKA 300 oraz pompkę LMP 700
  - certyfikat producenta bez / świadectwo ENAC (17025)
  -