Dane aktualne na dzień: 04-02-2026 04:34

Link do produktu: https://sklep.emd.net.pl/miernik-temperatury-tc309-z-pamiecia-4-kanaly-pomiarowe-p-1764.html

Miernik temperatury TC309 z pamięcią (4 kanały pomiarowe)

Dostępność	**Krótki czas realizacji**
Numer katalogowy	**5020-0309**
Producent	**Dostman electronic**

Opis produktu

Miernik temperatury	**TC301**

Wspólne cechy mierników **TC301/309**:

- duża odporność mechaniczna obudowy
- czytelny, podświetlany (TC309) wyświetlacz
- intuicyjna obsługa
- szybki i precyzyjny pomiar czujnikami K klasy 1
- podświetlany czytelny wyświetlacz LCD (TC309)
- funkcje **MAX/MIN**, REL (pom. względny/różnicowy), HOLD
- **pamięć** 16.000 wyników pomiarów (TC309)
- **wymienne** czujniki pomiarowe
- możliwość obsługi jedną ręką
- interfejs **RS232**
- oszczędzanie baterii - autowyłączanie (programowalne)
- możliwość **1-punktowej kalibracji** (TC309)

Dane techniczne **TC301:**

	TC301
Czujnik	Termopara K (NiCr-Ni)
Ilość kanałów pomiarowych	4
Zakres pomiarowy	-200...+1.370°C
Dokładność pomiaru	±0,3% ±1,0°C
Rozdzielczość wskazania	0,1°C w zakresie -200...+999,9°C

	1°C w pozostałym zakresie
Podłączenie czujnika	MT-K
Wyświetlacz	LCD, podświetlany jednoczesnie 4 wyniki
Pamięć pomiarów	16.000 komórek tryb rejestracji konfigurowalny z klawiatury miernika lup poprzez komputer PC (oprogramowanie i kabel RS w zestawie)
Temperatura pracy	0...+50°C
Materiał obudowy	tworzywo ABS
Gabaryty obudowy	184 x 64 x 30 mm (D x S x G)
Ciężar własny	ok 500g
Zasilanie	1x bateria blok 9V
Trwałość baterii	ok 160 godzin pracy
Numer katalogowy	**5000-0309** **w zestawie: miernik, oprogramowanie PC, kabel RS232, futerał transportowy**

Dane dotyczą samych mierników. Czujniki zamawiane i wystawione są osobno.

Czujniki pomiarowe do mierników TC301/309:

wszystkie z przewodem o długości 1.000mm,

termopara K (NiCr-Ni) zgodnie z EN 60584-1,

mineralna izolacja, rurka z V2C lub inconel,

uchyt i izolacja przewodu z PCV,

szczegółowa charakterystyka w opisie.

Na życzenie, za dopłatą, miernik dostarczany jest

ze świadectwem wzorcowania.