


Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/termohigrometr-ze-swiadectwem-wzorcowania-452028-tfa-p-2706.html>



Termohigrometr ze świadectwem wzorcowania 45.2028 TFA

Cena brutto	192,70 zł
Cena netto	156,67 zł
Dostępność	Średni czas realizacji
Numer katalogowy	45.2028.sw
Producent	TFA Dostmann

Opis produktu



Termohigrometr wskazówkowy uniwersalny typ **45.2028** renomowanej firmy **TFA Dostmann**.

Oferujemy zestaw:
termohigrometr typ 45.2028,
dokument metrologiczny - świadectwo wzorcowania.

UWAGA! W proponowanej cenie oferowane jest świadectwo laboratorium dokumentującego spójność pomiarową.

Jeśli wymagane jest świadectwo laboratorium akredytowanego, prosimy o kontakt, w celu uzgodnienia jego zakresu i wyceny.



Produkt niemiecki

Główne cechy.

- » pomiar wilgotności **włosem syntetycznym** nie wymagającym regeneracji
- » kontrola pomieszczeń magazynowych i administracyjnych , pomiary w warunkach wewnętrznych
- » intuicyjne, czytelne wskazanie
- » duże cyfry na panelu, wyróżnienie grubszą kreską co 5 jednostek
- » zaznaczone kontrastowym kolorem strefy komfortu, optymalnych warunków w pomieszczeniach
- » wygodne gabaryty, lekka, kompaktowa obudowa z tworzywa, osłona z wysokoprzejrzystego tworzywa, od czoła osłona ze szczotkowanego metalu
- » przyrząd analogowy, nie wymaga użycia baterii
- » ucho do zawieszenia na ścianie

» gwarancja 2 lata

Dane techniczne.

zakres pomiarowy	-15...+55 °C	0...100 % RH
dokładność pomiaru	+/-1 °C	+/-3...5 % RH
rozdzielczość wskazania	1 °C	1 % RH
wymiary	Ø 118 x 39 (63) mm	
ciężar	ok. 93 g	
numer katalogowy TFA	45.2028 (wzór opatentowany)	

• **Świadectwo wzorcowania**

Jest to wzorcowanie wykonywane dla warunków tzw. normalnych (pomieszczeniowych). Jeżeli wymagane jest wzorcowanie w innych warunkach, np. chłodniczych, czy wysokiej wilgotności przy uprawie grzybów lub hodowli ślimaków, należy podać to przy zamawianiu.

Wzorcujemy przyrządy indywidualnie, po zakupie i otrzymaniu informacji o wymaganej wilgotności względnej.

Przed wzorcowaniem przyrządy są wstępnie kalibrowane.

Wraz z przyrządem dostarczane jest świadectwo wzorcowania.

Przyrządy wskazówkowe nie posiadają znaków CE, nie rekomendujemy ich do zastosowania w aptekach.