

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 17:00


Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/termohigrometr-ze-swiadectwem-wzorcowania-452033-tfa-p-2708.html>



Termohigrometr ze świadectwem wzorcowania 45.2033 TFA

Cena brutto	186,50 zł
Cena netto	151,63 zł
Dostępność	Średni czas realizacji
Numer katalogowy	45.2033.sw
Producent	TFA Dostmann

Opis produktu



Termohigrometr wskazówkowy uniwersalny typ **45.2033**
renomowanej firmy **TFA Dostmann**.

Oferujemy zestaw:
termohigrometr typ 45.2033,
dokument metrologiczny - świadectwo wzorcowania.

UWAGA! W proponowanej cenie oferowane jest świadectwo laboratorium dokumentującego spójność pomiarową.

Jeśli wymagane jest świadectwo laboratorium akredytowanego, prosimy o kontakt, w celu uzgodnienia jego zakresu i wyceny.



Produkt niemiecki

Główne cechy.

- » pomiar wilgotności **włosem syntetycznym**,
nie wymagającym regeneracji

-
- » kontrola pomieszczeń magazynowych i administracyjnych, pomiary w warunkach wewnętrznych
 - » intuicyjne, czytelne wskazanie
 - » duże cyfry na panelu, wyróżnienie grubszą kreską co 5 jednostek
 - » zaznaczone kontrastowym kolorem strefy komfortu, optymalnych warunków w pomieszczeniach
 - » wygodne gabaryty, lekka, kompaktowa obudowa z chromowanego tworzywa, osłona z wysokoprzejrzystego tworzywa
 - » przyrząd mechaniczny, nie wymaga użycia baterii
 - » ucho do zawieszenia na ścianie i podstawka w zestawie
 - » gwarancja 2 lata

Dane techniczne.

zakres pomiarowy	-15...+55 °C	0...100 % RH
dokładność pomiaru	+/-1 °C	+/-3...5 % RH
rozdzielczość wskazania	1 °C	1 % RH
wymiary	102 x 35 (80) x 102 (114) mm	
ciężar	ok. 79 g	
numer katalogowy TFA	45.2033 (wzór opatentowany)	

• świadectwo wzorcowania

Jest to wzorcowanie wykonywane dla warunków tzw. normalnych (pomieszczeniowych). Jeżeli wymagane jest wzorcowanie w innych warunkach, np. chłodniczych, czy wysokiej wilgotności przy uprawie grzybów lub hodowli ślimaków, należy podać to przy zamawianiu.

Wzorcujemy przyrządy indywidualnie, po zakupie i otrzymaniu informacji o wymaganej wilgotności względnej.

Przed wzorcowaniem przyrządy są wstępnie kalibrowane.

Wraz z przyrządem dostarczane jest świadectwo wzorcowania.

Przyrządy wskazówkowe nie posiadają znaków CE, nie rekomendujemy ich do zastosowania w aptekach.